

77220153824603931462
от 20.10.2022



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(ЦМТУ Росстандарта)

ИНСПЕКЦИЯ ПО СМОЛЕНСКОЙ И ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТЯМ

ЦМТУ Росстандарта: 123112, г. Москва, Пресненская набережная д.10. стр.2, тел.: (495) 547-51-30
214025, г. Смоленск, ул. Нарвская, д. 11. Тел/факс: (4812) 66-67-04, (4812) 65-45-79

место вынесения предостережения: адрес Инспекции ЦМТУ Росстандарта, телефон, факс

Предостережение
о недопустимости нарушения обязательных требований

от «20» октября 2022 г. № ПР-264

1. МБОУ СОШ №3 имени Героя Российской Федерации И.В. Коробова г. Вязьмы Смоленской области, ИНН 6722011997

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении федерального государственного метрологического контроля (надзора) при осуществлении измерений в области здравоохранения: при измерении веса (массы) человека, измерение роста человека, измерение артериального давления крови (неинвазивное), измерение силы, развиваемой какой-либо группой мышц человека, измерение температуры тела человека и другие измерения в соответствии с перечнем; торговли, выполнении работ по расфасовке товаров (весы товарные); средства измерения в области государственных учетных операций при учете энергетических ресурсов: измерение количества полученной электрической энергии, тепловой энергии в водяных системах теплоснабжения в точках учета тепловой энергии, теплоносителя, (счетчики электрической энергии, тепловой энергии, счетчики горячей воды и др.), счетчики газа (при наличии).

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

при рассмотрении информации, содержащейся в письме директора ФБУ «Смоленский ЦСМ» А.Н. Исакова (исх. № 1468/210/100-17 от 27.09.2022 г.), установлено, МБОУ СОШ №3 имени Героя Российской Федерации И.В. Коробова г. Вязьмы Смоленской области не предоставляет на поверку используемые им средства измерений, что является нарушением обязательных требований ч.1 ст. 13 Федерального закона от 26.06.2008 №102 ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

В соответствии с требованиями ч.1 ст. 9 Федерального закона от 26.06.2008 № 102 ФЗ «Об обеспечении единства измерений» в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к применению допускаются средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а также обеспечивающие соблюдение установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений обязательных требований, включая обязательные метрологические требования к измерениям, обязательные метрологические и технические требования к средствам измерений, и установленных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании обязательных требований. В состав обязательных требований к средствам измерений в необходимых случаях включаются также требования к их составным частям, программному обеспечению и условиям эксплуатации средств измерений. При применении средств измерений должны соблюдаться обязательные требования к условиям их эксплуатации.

В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102 ФЗ «Об обеспечении единства измерений» средства измерений, предназначенные для применения в сферах государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а так же после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке. Применяющие средства измерений в сферах государственного регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно предоставлять эти средства измерений на поверку.

МБОУ СОШ №3 имени Героя Российской Федерации И.В. Коробова г. Вязьмы Смоленской области осуществляет деятельность, относящуюся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняет измерения, к которым в целях, предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 26.06.2008 № 102 ФЗ «Об обеспечении единства измерений», установлены обязательные требования, которые выполняются при осуществлении измерений в сфере здравоохранения, торговли, работ по расфасовке товаров, выполнении измерений в области государственных учетных операций при учете энергетических ресурсов.

Возможное применение (эксплуатация) МБОУ СОШ №3 имени Героя Российской Федерации И.В. Коробова г. Вязьмы Смоленской области в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений средств измерений, не прошедших в установленном порядке поверку, могут привести к нарушению обязательных требований законодательства об обеспечении единства измерений.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или)

работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», на основании приказа № 927/ПР от 20 октября 2022 г. Руководителя ЦМТУ Росстандарта – Калининковой М.Г.

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:

Рассмотреть настоящее предостережение и принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства, провести анализ и оценку соблюдения обязательных требований, в том числе провести анализ и оценку соответствия средств измерений для эксплуатации в сферах здравоохранения, торговли, выполнении работ по расфасовке товаров (весы товарные), проверку наличия документов, подтверждающих соблюдение обязательных требований к измерениям, средствам измерений, условиям эксплуатации средств измерений до «18» ноября 2022 г.


(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном пунктами 26-29 «Положения о федеральном государственном метрологическом контроле (надзоре)», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2021 г. № 1053.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

ВРИО начальника инспекции
Шапортов Владимир Геннадьевич

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, вынесшего предостережение)



(подпись)

Макаренкова Виктория Владимировна - главный государственный инспектор Инспекции по Смоленской и Тверской областям ЦМТУ Росстандарта, тел. (4812) 66-67-04, адрес эл. почты: Smolensk@cmtu.ru.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде:

указать способ, которым было направлено предостережение (по электронной почте, через личный кабинет на специализированном портале), адрес электронной почты (в случае направления по электронной почте)